

WARUNKI WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA ODWAŻNIKÓW

Odważniki handlowe dokładniejsze (klasy dokładności M1) i zwyczajne (klasy dokładności M2), **powinny w czasie użytkowania być zalegalizowane, czyste, nieuszkodzone i właściwie przechowywane.**

Przy zgłoszeniu ich do legalizacji ponownej, nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej, odważniki dokładniejsze M1 do ważenia np. leków, drogocennych metali i kamieni szlachetnych należy przemyć spirytusem i przedstawić do sprawdzenia w skrzynkach lub podstawkach z gniazdami.

Odważniki żeliwne zwyczajne - M2 należy oczyścić z brudu i rdzy przy użyciu szczotki drucianej, tak aby nie pozostawić na powierzchni śladów obróbki.

Sankcje za naruszenie przepisów ustawy Prawo o miarach

Kto wbrew przepisom ustawy:

- 1) **wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne** w gospodarce, ochronie zdrowia i dziedzinie bezpieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym,
 - 2) **wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe**, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, **bez wymaganych dowodów tej kontroli** lub niespełniające wymagań metrologicznych,
 - 3) **użytkuje przyrządy pomiarowe** w: ochronie zdrowia, życia i środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy pobieraniu opłat, podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń, przy dokonywaniu kontroli celnej, w obrocie **niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania**,
 - 4) **dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia**,
 - 5) **naprawia lub instaluje oraz sprawdza określone rodzaje przyrządów pomiarowych bez wymaganego zezwolenia**,
 - 6) **świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru**,
- podlega karze grzywny.**

Postępowanie w wyżej wymienionych sprawach prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

ZADANIA ADMINISTRACJI MIAR

Głównym zadaniem organów administracji miar jest zapewnienie wzajemnej zgodności i wymaganej dokładności wyników pomiarów dokonywanych w kraju oraz ich powiązanie z międzynarodowym systemem miar.

Organami administracji miar są: Prezes Głównego Urzędu Miar, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar.

Informator Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu

Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu jest terenowym urzędem administracji rządowej właściwej w sprawach miar i wykonuje zadania techniczno-prawne i nadzorcze określone w:

- **ustawie Prawo o miarach z 11 maja 2001 r.** (Dziennik Ustaw Nr 243 z 15 listopada 2004 r. poz. 2441 z późn. zm.).
- **ustawie o towarach paczkowanych z 6 września 2001 r.** (Dziennik Ustaw Nr 128 z 9 listopada 2001 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Obszarem działania Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu są powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki, wołowski i wrocławski.

Zakres działania Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu

1. Badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań dotyczących prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, a w szczególności legalizacja przyrządów pomiarowych.
2. Sprawowanie nadzoru nad paczkowaniem produktów i produkcją butelek miarowych.
3. Współdziałanie z administracją publiczną w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych.

LEGALIZACJA WAG NIEAUTOMATYCZNYCH I ODWAŻNIKÓW

Legalizacja jest sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach.

Legalizacji podlegają wagi nieautomatyczne, stosowane:

w obrocie handlowym, przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, w praktyce medycznej do ważenia pacjentów, przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach oraz w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych także przy paczkowaniu towarów.

Dowodem legalizacji wagi jest świadectwo legalizacji lub cecha legalizacyjna, nałożona na przeznaczonym do tego miejscu z wizerunkiem np. „3PL1” cechy Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu, cechy miesięcznej np. stycznia „I” oraz cechy rocznej „07” 2007 roku, w którym waga została zalegalizowana. Okres ważności dowodu legalizacji wagi wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja wagi została dokonana. Okres ważności wagi zalegalizowanej w styczniu 2007 roku upłynie 31 stycznia 2009 r.

Dowodem legalizacji odważnika jest cecha legalizacyjna, nałożona na przeznaczonym do tego miejscu z wizerunkiem np. „3PL1” cechy Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu, oraz cechy rocznej „07” 2007 roku, w którym odważnik został zalegalizowany. Okres ważności dowodu legalizacji odważnika wynosi 3 lata licząc od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji. Okres ważności odważnika zalegalizowanego w 2007 r. upłynie 31 grudnia 2010 r.

Dowód legalizacji wagi lub odważnika traci ważność wcześniej w przypadku: uszkodzenia wagi lub odważnika, uszkodzenia umieszczonych na wadze lub na odważniku cech, stwierdzenia, że błędy wagi lub odważnika przekraczają granice błędów dopuszczalnych.

WARUNKI WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA WAG

Na wagach powinny być umieszczone w sposób nieusuwalny, łatwo czytelne i dobrze widoczne w normalnym położeniu pracy wagi następujące oznaczenia:

- a. nadany znak zatwierdzenia typu, jeśli ma to zastosowanie,
- b. znak fabryczny lub nazwa producenta,
- c. klasy (zamieszczone w elipsie lub między dwiema liniami poziomymi, połączonymi dwoma półokręgami),
- d. obciążenie maksymalne w postaci Max...,
- e. obciążenie minimalne w postaci Min...,
- f. działka legalizacyjna $e = \dots$

(usunięcie tych oznaczeń nie powinno być możliwe bez ich uszkodzenia),

dotatkowe oznaczenia, jeśli ma to zastosowanie: numer fabryczny, działka elementarna, jeżeli jest różna od e , w postaci $d = \dots$, granica zakresu tarowania dodającego urządzenia tarującego w postaci $T = +\dots$, graniczne obciążenie bezpieczne, jeżeli jest różne od Max, w postaci Lim ..., specjalny zakres temperatury pracy w postaci $\dots\text{ }^{\circ}\text{C}/\dots\text{ }^{\circ}\text{C}$ oraz inne oznaczenia wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 3 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne (Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1791).

W czasie stosowania wagi powinny być:

1. zalegalizowane, kompletne i sprawne technicznie,
2. utrzymane w czystości i wyzerowane,
3. dokładne, tj. błędy ich wskazań w całym zakresie obciążeń nie powinny przekraczać wartości granicznych błędów obiegowych,
4. ustawione na sztywnym podłożu we właściwym położeniu; dla wag przenośnych położenie to powinno być ustalone według wskaźnika poziomu.

Wagi kompletne sprawne i czyste powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej.

WARUNKI WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA ODWAŻNIKÓW

Odważniki handlowe dokładniejsze (klasy dokładności M1) i zwyczajne (klasy dokładności M2), **powinny w czasie użytkowania być zalegalizowane, czyste, nieuszkodzone i właściwie przechowywane.**

Przy zgłoszeniu ich do legalizacji ponownej, nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej, odważniki dokładniejsze M1 do ważenia np. leków, drogocennych metali i kamieni szlachetnych należy przemyć spirytusem i przedstawić do sprawdzenia w skrzynkach lub podstawkach z gniazdami.

Odważniki żeliwne zwyczajne - M2 należy oczyścić z brudu i rdzy przy użyciu szczotki drucianej, tak aby nie pozostawić na powierzchni śladów obróbki.

Sankcje za naruszenie przepisów ustawy Prawo o miarach

Kto wbrew przepisom ustawy:

- 1) **wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne** w gospodarce, ochronie zdrowia i dziedzinie bezpieczeństwa publicznego oraz przy czynnościach o charakterze administracyjnym,
 - 2) **wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe**, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, **bez wymaganych dowodów tej kontroli** lub niespełniające wymagań metrologicznych,
 - 3) **użytkuje przyrządy pomiarowe** w: ochronie zdrowia, życia i środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy pobieraniu opłat, podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń, przy dokonywaniu kontroli celnej, w obrocie **niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania**,
 - 4) **dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia**,
 - 5) **naprawia lub instaluje oraz sprawdza określone rodzaje przyrządów pomiarowych bez wymaganego zezwolenia**,
 - 6) **świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru**,
- podlega karze grzywny.**

Postępowanie w wyżej wymienionych sprawach prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

ZADANIA ADMINISTRACJI MIAR

Głównym zadaniem organów administracji miar jest zapewnienie wzajemnej zgodności i wymaganej dokładności wyników pomiarów dokonywanych w kraju oraz ich powiązanie z międzynarodowym systemem miar.

Organami administracji miar są: Prezes Głównego Urzędu Miar, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar.

**LEGALIZACJA PONOWNA WAG NIEAUTOMATYCZNYCH
WPROWADZONYCH DO UŻYTKOWANIA OD 1 MAJA 2004 R.
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI**

Na wagach wprowadzonych do użytkowania po dokonaniu oceny zgodności (legalizacji WE) z zasadniczymi wymaganiami na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.) podlegających prawnej kontroli metrologicznej na podstawie ustawy Prawo o miarach **zgłaszanych do legalizacji ponownej powinny być umieszczone w sposób nieusuwalny, łatwo czytelne i dobrze widoczne w normalnym położeniu pracy wagi oznaczenia wymagane dla wag nieautomatycznych wprowadzonych do użytkowania na podstawie ustawy Prawo o miarach oraz oznaczenia:**

- a) znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, oraz numer lub numery jednostek notyfikowanych, które sprawują nadzór WE nad systemem jakości producenta lub dokonały legalizacji WE;
- b) zielona kwadratowa nalepka o wymiarach co najmniej 12,5mm x 12,5 mm z nadrukowaną dużą czarną literą „M”

i dodatkowe oznaczenia, jeśli ma to zastosowanie.

Wagi wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności – legalizacji WE (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zmianami) podlegają w użytkowaniu legalizacji ponownej.

Wagi wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 7 stycznia 2007 r. (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 249 z 2006 r. poz. 1834) **powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy:**

- 1) przed dniem 31 grudnia 2007 r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;
- 2) przed dniem 31 grudnia 2008 r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
- 3) przed dniem 31 grudnia 2009 r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 7 stycznia 2007 r.

Od 7 stycznia 2007 r. do legalizacji ponownej są przyjmowane wagi, które zostały wprowadzone uprzednio do użytkowania przez producenta lub jego upoważnionego w formie pisemnej przedstawiciela (legalizacja WE), których stosowanie bez ważnego dowodu legalizacji jest niezgodne z wymaganiami ustawy Prawo o miarach w przypadku:

- gdy są po naprawie,
- uszkodzenia albo zniszczenia oznaczeń lub cech zabezpieczających naniesionych podczas dokonywania oceny zgodności,
- zmiany miejsca instalacji
- lub użytkowania, w którym była dokonana ocena zgodności.

U W A G A !!!

Do legalizacji ponownej nie są przyjmowane wagi, które nie zostały wprowadzone uprzednio do obrotu przez importera lub do obrotu i użytkowania przez producenta lub jego upoważnionego w formie pisemnej przedstawiciela, (którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, mające siedziby na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) które nie zostały poddane ocenie zgodności i nie posiadają dowodu przeprowadzenia tej oceny (legalizacji WE).

W „Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar” publikowane są zarządzenia i obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz rejestry zatwierdzonych w kraju typów przyrządów pomiarowych.

Dziennik dostępny jest w siedzibie Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu.

Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 61/63, 50-986 Wrocław,

tel. 071 355-08-15, fax 071 355-28-25,

e-mail: oum.wroclaw.wroclaw@gum.gov.pl

- naczelnik Urzędu mgr inż. Andrzej Kraszewski
p. 5, tel. 071 35 80 215,
- st. inspektor Danuta Andrzejewska,
- st. inspektor Eugeniusz Chwałek,
- st. inspektor mgr inż. Oktawian Gadziński,
- st. inspektor Regina Świąszkowska,
- inspektor mgr inż. Paweł Lipiński,
- inspektor Janusz Wencko,
- rzemieślnik wykwalifikowany Sylwester Gawłowski
p. 3, tel. 071 355-08-15 wewn. 208, 213, 234, 238.

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 61/63, 50-986 Wrocław,

tel. 071 355-08-15, fax 071 355-28-25,

e-mail: oum.wroclaw@gum.gov.pl

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa,

tel. 022 620-02-41, fax 022 620-83-78,

e-mail: gum@gum.gov.pl

Adresy pozostałych urzędów miar w Polsce znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar w Warszawie - <http://www.gum.gov.pl/>

Opracował: *ANDRZEJ KRASZEWSKI*

UWAGA!

Wagi zalegalizowane w roku 2004 w dowolnym miesiącu i w latach wcześniejszych (oznaczone cechą legalizacyjną roczną „04”, „03”, „02”, „01”... i jedną z cech miesięcznych „I” – „XII”), które nie zostały zgłoszone do obowiązkowej legalizacji ponownej w ubiegłym roku 2006 **mają nieważne cechy legalizacyjne.**

Odważniki handlowe zalegalizowane w roku 2003 i w latach wcześniejszych (oznaczone cechą legalizacyjną roczną „03”, „02”, „01”...), które nie zostały zgłoszone do obowiązkowej legalizacji ponownej w ubiegłym roku 2006 **mają również nieważne cechy legalizacyjne.**

Wagi i odważniki handlowe posiadające nieważne cechy legalizacyjne należy niezwłocznie wycofać z użytkowania do czasu uzyskania ważnych dowodów legalizacji.

Stosowanie niezalegalizowanych odważników i wag lub przechowywanie ich w stanie gotowości do użycia: w obrocie handlowym, przy obliczaniu opłat targowych, cel, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, w praktyce medycznej do ważenia pacjentów, przy sporządzaniu leków na receptę w aptekach oraz w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych a także przy paczkowaniu towarów **jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny** wynikającą z art. 26 ustawy z 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).

W celu uzyskania ważnych dowodów legalizacji odważniki i wagi należy zgłosić (wagi duże np. do ważenia pojazdów, wagonów i wagi automatyczne) lub dostarczyć do urzędu miar.

Za czynności związane z legalizacją przyrządów pomiarowych, w tym wag i odważników, pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229, poz. 2309 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje:

Obwodowy Urząd Miar we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 61/63,
53-647 Wrocław,
tel. 071 355-08-15 wewn. 208.

Strona internetowa Głównego Urzędu Miar w Warszawie <http://www.gum.gov.pl/>

Andrzej Kraszewski